KLASA: 406-01/22-01/569
URBROJ: 2181-147-01/JM-22-3
Split, 30.1.2023.

- SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- STRUČNOJ JAVNOSTI

PREDMET: Zapisnik/Izvješće o održanim „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka zajedničke javne nabave Materijal za zatvaranje i spajanje rana (spajači, rezači-stapleri)

Zajednički naručitelj/središnje tijelo Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, 21000 Split temeljem Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 05. studenog 2021.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-22-17 od 15. ožujka 2022.) donesenih od strane Ministra zdravstva priprema postupak zajedničke javne nabave velike vrijednosti za nabavu Materijala za zatvaranje i spajanje rana (spajači, rezači-stapleri)

S ciljem istraživanja tržišta zajednički naručitelj/središnje tijelo Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, 21000 Split objavio je javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka zajedničke javne nabave – tehničke konzultacije u sklopu kojih je na dan 10. siječnja 2023. u 12:00 sati održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i stručnom javnošću.

Pozivu na „tehničke konzultacije“ odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Vedran Babić, Predstavnik gospodarskog subjekta Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
2. Maja Gabričević, Predstavnica gospodarskog subjekta Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
3. Anja Asić Šižgorić, Predstavnica gospodarskog subjekta Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
4. Zlatko Glavaš, Predstavnik gospodarskog subjekta Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
5. Jelena Markulin, Predstavnica gospodarskog subjekta Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
6. Dijana Duplančić, Predstavnica gospodarskog subjekta Medika d.d.
7. Ivan Zečić, Predstavnik gospodarskog subjekta Medika d.d.
8. Marija Pavlović, Predstavnica gospodarskog subjekta Pharmacol d.o.o. (online)
9. Alen Galić, Predstavnik gospodarskog subjekta Medtronic Adriatic d.o.o.
10. Marko Mandić, Predstavnik gospodarskog subjekta Medtronic Adriatic d.o.o.
11. Jurica Toth, Predstavnik gospodarskog subjekta Medtronic d.o.o.
12. Domagoj Kralj, Predstavnik gospodarskog subjekta Cardio Medical Zagreb d.o.o.
13. Sanja Đurić – Mendek, Predstavnica gospodarskog subjekta Sanyko d.o.o.
14. Margita Štrajbek, Predstavnica gospodarskog subjekta Sanyko d.o.o.
15. Nikola Pocrnić, Predstavnik gospodarskog subjekta Sanyko d.o.o. (online)
16. Eva Tuksar, Predstavnica gospodarskog subjekta Sanyko d.o.o. (online)
17. Vedran Mrkša, Predstavnik gospodarskog subjekta Smart Medical d.o.o.
18. Neven Mrkša, Predstavnik gospodarskog subjekta Smart Medical d.o.o.
19. Antonija Bezić, Predstavnica gospodarskog subjekta B. Braun Adria d.o.o. (online)
20. Irma Čaušević, Predstavnica gospodarskog subjekta Pharmamed-mado d.o.o.
21. Dragan Antunović, Predstavnik gospodarskog subjekta Inspiremed d.o.o. (online)

Pozivu na „tehničke konzultacije“ odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresirane stručne javnosti:

1. doc.dr.sc. Mislav Rakić, KBC Dubrava

Prisutni članovi Stručnog povjerenstva za zajedničku nabavu Materijala za zatvaranje i spajanje rana (spajači, rezači-stapleri)

1. dr.sc. Petar Matošević, dr.med., KBC Zagreb
2. Damir Quien, dr.med., KBC Split
3. Kristina Dragin Jelić, dipl.iur., KBC Split
4. Edita Šoša, dipl.iur., KBC Split
5. Mirči Plazibat, oec. KBC Split
6. Maja Botrić, dipl.oec., KBC Split
7. Diana Moro, dipl.iur., KBC Split

Članovi Stručnog povjerenstva za zajedničku nabavu Materijala za zatvaranje i spajanje rana (spajači, rezači-stapleri) koji su opravdali svoj izostanak:

1. dr.sc. Dražen Vidović, KBC Sestre milosrdnice
2. Radoslav Stipić, dr.med., KBC Split
3. Jelena Šunjić, ms, KBC Split

Zajednički naručitelj/središnje tijelo zaprimio je zaključno sa danom održavanja sastanka pisane prijedloge u svezi s objavljenim okvirnim nacrtom tehničkih specifikacija kako slijedi:

1. Pitanje/Prijedlog:

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je pisani prijedlog za uvrštavanje u tehničke specifikacije Kirurška ljepila i to:

Sintetsko biokompatibilno kirurško ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu koje omogućava aplikaciju i u endovaskularnim uvjetima te vlažnom okruženju, odmah spremno za uporabu. Obzirom na sintetsko podrijetlo nema prijenosa patogenih uzročnika. Cijanoakrilatno biorazgradivo ljepilo modificirano dodatkom monomera, polimerizira se pri temperaturi od 45°C, polimerizacija počinje već nakon nekoliko sekundi, a proces završava za 60-90 s. Zbog svog jedinstvenog sastava ljepilo ima hemostatska, adhezivna, sklerotična i bakteriostatička svojstva. Pakiranje 1ml.
Sintetsko biokompatibilno kirurško ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu koje omogućava aplikaciju i u endovaskularnim uvjetima te vlažnom okruženju, odmah spremno za uporabu. Obzirom na sintetsko podrijetlo nema prijenosa patogenih uzročnika. Cijanoakrilatno biorazgradivo ljepilo modificirano dodatkom monomera, polimerizira se pri temperaturi od 45°C, polimerizacija počinje već nakon nekoliko sekundi, a proces završava za 60-90 s. Zbog svog jedinstvenog sastava ljepilo ima hemostatska, adhezivna, sklerotična i bakteriostatička svojstva. Pakiranje 0,5 ml.
Sintetsko biokompatibilno kirurško ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu koje omogućava aplikaciju i u endovaskularnim uvjetima te vlažnom okruženju, odmah spremno za uporabu. Obzirom na sintetsko podrijetlo nema prijenosa patogenih uzročnika. Cijanoakrilatno biorazgradivo ljepilo modificirano dodatkom monomera, polimerizira se pri temperaturi od 45°C, polimerizacija počinje već nakon nekoliko sekundi, a proces završava za 60-90 s. Zbog svog jedinstvenog sastava ljepilo ima hemostatska, adhezivna, sklerotična i bakteriostatička svojstva. Pakiranje 0,25 ml.
Dvokomponentno sintetsko kirurško ljepilo za primjenu na koži, odmah spremno za uporabu.Ljepilo je neprozirno, biokompatibilno, sterilno, po konzistenciji slično vodi. Polimerizacija se odvija pri temp. <45°C, započinje nakon 5-6 s, a završava nakon 60-90 s. Spontano se razgradi nakon 5-8 dana. Ljepilo ima adhezivna, hemostatska i bakteriostatske svojstva, stvara vodootporan i elastičan film te antimikrobnu

barijeru. Prikladno je i za djecu i nekooperativne pacijente, može se koristiti i u usnoj šupljini. Pakiranje 0,5 ml
Dvokomponentno sintetsko kirurško ljepilo za primjenu na koži, odmah spremno za uporabu.Ljepilo je neprozirno, biokompatibilno, sterilno, po konzistenciji slično vodi. Polimerizacija se odvija pri temp. <45°C, započinje nakon 5-6 s, a završava nakon 60-90 s. Spontano se razgradi nakon 5-8 dana. Ljepilo ima adhezivna, hemostatska i bakteriostatske svojstva, stvara vodootporan i elastičan film te antimikrobnu barijeru. Prikladno je i za djecu i nekooperativne pacijente, može se koristiti i u usnoj šupljini. Pakiranje 0,35 ml
Dvokomponentno sintetsko kirurško ljepilo za primjenu na koži, odmah spremno za uporabu.Ljepilo je neprozirno, biokompatibilno, sterilno, po konzistenciji slično vodi. Polimerizacija se odvija pri temp. <45°C, započinje nakon 5-6 s, a završava nakon 60-90 s. Spontano se razgradi nakon 5-8 dana. Ljepilo ima adhezivna, hemostatska i bakteriostatske svojstva, stvara vodootporan i elastičan film te antimikrobnu barijeru. Prikladno je i za djecu i nekooperativne pacijente, može se koristiti i u usnoj šupljini. Pakiranje 0,25 ml
Nastavak od polipropilena koji se stavlja direktno na vial ili štrcaljku. Koristi se za preciznu aplikaciju ljepila prilikom otvorenih operacija. Na vrhu nastavka nalazi se komadić pamučnog tampona kako bi se pobrisao eventualni višak ljepila prilikom aplikacije. Single use ili jednakovrijedno
"Drop by drop" nastavak za kontroliranu aplikaciju ljepila ; sastoji se od štrcaljke te kratke cjevčice koja omogućava apliciranje ljepila kod teško dostupnih područja. Single use ili jednakovrijedno
Raspršivači za apliciranje kirurškog ljepila kod laparoskopskih i otvorenih operacija na većim ili manjim površinama te kod teško dostupnih površina. Aplikator se sastoji od štrcaljke 1ml koja se pričvrsti na kateter, fleksibilnog katetera duljine 30-40 cm promjera 1-4 cm, fiksiranog spremnika s medicinskim plinom te "butterfly stopcock"-a. Sadrži fleksibilni ili rigidni kateter ili jednakovrijedno
Raspršivači za apliciranje kirurškog ljepila kod laparotomijskih postupaka na većim ili manjim površinama. Aplikator se sastoji od štrcaljke 1ml koja se pričvrsti na kateter, fleksibilnog katetera duljine 5 cm promjera 1-4 cm, spremnika s medicinskim plinom, cijevi duljine 155 cm koja povezuje kateter i spremink te "butterfly stopcock"-a ili jednakovrijedno
Aplikator za laparaskopsku operaciju hernije, omogućuje precizno i kontrolirano ispuštanje kirurškog ljepila. Sadrži atraumatski završetak koji omogućuje rotaciju od 0-90 stupnjeva. Dolazi u 2 veličine: 30 ili 60 ispuštanja prilkom primjene, ovisno o veličini mrežice ili jednakovrijedno

Odgovor: Nakon analize članova stručnog povjerenstva zaključeno je da se navedene predložene stavke neće uvrstiti u tehničke specifikacije jer nisu predmet ove nabavne kategorije.

2. Pitanje/Prijedlog:
Zainteresirani gospodarski subjekt je uputio pisani prijedlog za nadopunom troškovnika i to:

Spajač-rezač za otvorenu kirurgiju, 100 mm duljine, sa spajalicom visine 3,8 mm, sa GST tehnologijom, ergonomski dizajn s trostrukim sigurnosnim mehanizmom
Spajač-rezač za otvorenu kirurgiju, 100 mm duljine, sa spajalicom visine 4,8 mm, sa GST tehnologijom, ergonomski dizajn s trostrukim sigurnosnim mehanizmom
Punjenje za spajač-rezač 100 mm, sa nožem, sa spajalicom visine 3,8 mm
Punjenje za spajač-rezač 100 mm, sa nožem, sa spajalicom visine 4,8 mm
Kožni spajači za zatvaranje kože sa 35 spajalica, dimenzije 7.4x4.6 mm

Kožni spajači za zatvaranje kože sa 35 spajalica, dimenzije 5.4x3.5 mm
Skidač kožnih spajalica
Punjenje za linearni spajač 45 mm dužine, 3,5 mm spajalica ili 4,8 mm spajalica
Linearni spajač 45 mm dužine, napunjen s 3,5 mm spajalicama ili 4,8 mm spajalicama, s dvostrukom ručkom
Punjenje za linearni spajač 60 mm dužine, 3,5 mm spajalica ili 4,8 mm spajalica
Linearni spajač 60 mm dužine, napunjen s 3,5 mm spajalicama ili 4,8 mm spajalicama, s dvostrukom ručkom
Linearni spajač-rezač 75 mm, sa 6 redova spajalica 3D dizajna, sa 3 razine spajalica i mogućnošću dvostruke paljbe
Jednokratni endoskopski spajač rezač sa 6 redova spajalica, kratki, 60 mm
Jednokratni endoskopski spajač rezač sa 6 redova spajalica,srednji, 160 mm
Jednokratni endoskopski spajač rezač sa 6 redova spajalica, dugački , 260 mm
Punjenje za univerzalni spajač - rezač 30, 45 i 60 mm, sa 6 redova spajalica i sa tri visine spajalica u jednom punjenju, visine od 2.5 mm, za vaskularna do srednje debela tkiva, sa nožem, artikulirajući
Punjenje za univerzalni spajač - rezač 30, 45 i 60 mm, sa 6 redova spajalica i sa tri visine spajalica u jednom punjenju, visine od 3.5 mm, za srednja do debela tkiva, sa nožem, artikulirajući
Punjenje za univerzalni spajač - rezač 30, 45 i 60 mm, sa 6 redova spajalica i sa tri visine spajalica u jednom punjenju, visine od 4.0 mm- 4.8mm, za jako debela tkiva, sa nožem, artikulirajući
Cirkularni stapler sa 240 stupnjeva vizualnim indikatorom, s podesivom visinom spajalica, sa GST tehnologijom, duljina 25, 28 ili 31 mm

Odgovor: Nakon analize članova stručnog povjerenstva zaključeno je da će se stavke 5,6 i 7 (u tablici boldano) uvrstiti u nacrt tehničkih specifikacija pod posebnom grupom jer postoji potreba za opisanim proizvodima u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske, dok se ostale stavke neće uvrstiti u tehničke specifikacije jer za njima nema potreba u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske.

3. Pitanje/Prijedlog:
   Zainteresirani gospodarski subjekt je uputio pisani prijedlog za uvrštavanjem novih dodatnih stavki na natječaj i to:

"1. Univerzalna punjiva drška za višekratnu upotrebu, mogućnost resteriliziranja do 100 puta, kućište za bateriju, punjiva baterija, alat za manualno korištenje stapler
2. Punjač Li.ion baterije
3. Nesterilna Li-on punjiva baterija
4. Kutija za sterilizaciju drške za višekratnu upotrebu
5. Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu ravnog i standardnog vrata, sa manje distalnih pokreta za izbjegavanje trauma tkiva, optimizirane strukture, veća veličina lumena za izbjegavanje rizika od strikture, fromacija spajalica u obliku isprepletenog slova B.Dimenzije: dužina vrata 180 mm, vanjski promjeri 21,25,29,31,33 mm. Sa indikatorom kompresije tkiva (1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm). Broj spajalica u pakiranju ovisno o vanjskom promjeru je 18, 22, 26, 30 komada

6. Cirkularni stapleri za jednokratnu upotrebu XL vrata, sa manje distalnih pokreta za izbjegavanje trauma tkiva, optimizirane strukture, veća veličina lumena za izbjegavanje rizika od strikture, fromacija spajalica u obliku isprepletenog slova B. Dimenzije: dužina vrata 280 mm, vanjski promjeri 21,25,29,31,33 mm. Sa indikatorom kompresije tkiva (1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm). Broj spajalica u pakiranju ovisno o vanjskom promjeru je 18,22,26,30 komada.
7. Pogonska jedinica za jednokratni endoskopski linearni rezač, veličine S,M i L. Dužina vrata 65 mm, 155 mm, 250 mm.
8. Jednokratna punjiva jedinica, crna boja spremnika, dužina spajalice 60 i 45 mm, visina otvorene spajalice 4.5 mm i visina zatvorene spajalice 2.3 mm za jako debelo tkivo.
9. Jednokratna punjiva jedinica, zelene, žute, plave i bijele boje spremnika, dužina spajalice 60, 45, 30 mm, visina otvorene spajalice 4.2., 3.8., 3.5., 2.5 mm i visina zatvorenih spajalica 2.0, 1.8., 1.5., 1.0 mm za različite debljine tkiva."

Odgovor: Nakon analize članova stručnog povjerenstva zaključeno je da se navedene predložene stavke neće uvrstiti u tehničke specifikacije jer za ponuđenim proizvodima nema potreba u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske.

4. Pitanje/Prijedlog:

Zainteresirani gospodarski subjekt je uputio pisani prijedlog da se u nacrt tehničkih specifikacija dodaju stavke koje su u prilogu i to kako slijedi:

Cirkularni stapler jednokratni zakrivljeni intraluminalni promjera 21, 25, 28, 32 mm, s promjenjivom visinom spajalica, prilagodljiv debljinama tkiva
Cirkularni stapler jednokratni zakrivljeni intraluminalni dugi, promjera 21, 25, 28, 32 mm, s promjenjivom visinom spajalica i prilagodljiv debljinama tkiva
Cirkularni stapler jednokratni ravni intraluminalni kratki, ukupne radne duljine ispod 350 mm, za niske anastomoze, promjera 21, 25, 28, 32 mm, s promjenjivom visinom spajalica i prilagodljiv debljinama tkiva
Jednokratna stezaljka za obodni šav duljine 55 mm, s uključenim koncem, za intraluminalne anastomoze
Stapler jednokratni ravni spajač/rezač, za poprečno rezanje za niske resekcije rektuma, duljine 40 mm, s punjenjima sa spajalicama za standardno i debelo tkivo
Stapler spajač/rezač s nožem u dršci, jednokratni linearni duljine 60 mm, s mogućnošću punjenja sa spajalicama za standardno i debelo tkivo
Punjenja za stapler spajač/rezač, s rezačem u dršci, jednokratni linearni duljine 60 mm, sa spajalicama za standardno i debelo tkivo
Stapler spajač/rezač s nožem u dršci, jednokratni linearni duljine 80 mm, s mogućnošću punjenja sa spajalicama za standardno i debelo tkivo
Punjenja za stapler spajač/rezač, s rezačem u dršci, jednokratni linearni duljine 80 mm, sa spajalicama za standardno i debelo tkivo
Stapler jednokratni linearni spajač, s mogućnošću punjenja sa spajalicama za vaskularizirano, standardno i debelo tkivo, duljine 30, 45 ili 60 mm
Punjenja za stapler jednokratni linearni spajač, sa spajalicama različite visine - za vaskularizirano, standardno i debelo tkivo, duljine 30, 45 ili 60 mm

Odgovor: Nakon analize članova stručnog povjerenstva zaključeno je da će se navedene predložene stavke uvrstiti u nacrt tehničkih specifikacija pod posebnom grupom.

5. Pitanje/Prijedlog:

Zainteresirani gospodarski subjekt je uputio pisani prijedlog spajanja grupa 1 i 10 (prema priloženim konačnim troškovnicima) u jedinstvenu grupu, budući se radi o proizvodima koji svojim svojstvima i namjenom čine tehničko-tehnološku cijelinu te zajedno olakšavaju provođenje kirurških zahvata i procedura.

Odgovor: Nakon analize članova stručnog povjerenstva zaključeno je da će se navedene predložene stavke uvrstiti u nacrt tehničkih specifikacija i spojiti pod posebnom grupom.

6. Pitanje/Prijedlog:

Zainteresirani gospodarski subjekt je uputio pisani prijedlog za dodavanjem pojedinih proizvoda u grupe 8 i 12

Odgovor: Nakon analize članova stručnog povjerenstva zaključeno je da će se sve navedene predložene stavke uvrstiti u nacrt tehničkih specifikacija i spojiti u jedinstvenu grupu.

7. Pitanje/Prijedlog:

Predstavnici javne zdravstvene ustanove koja je obveznica zajedničke nabave uputila je pisani prijedlog za dodavanjem pojedinih proizvoda u grupe 8 A i 12 A.

Odgovor: Nakon analize članova stručnog povjerenstva zaključeno je da će se sve navedene predložene stavke uvrstiti u nacrt tehničkih specifikacija i spojiti u jedinstvenu grupu.

8. Pitanje/Prijedlog:

Zainteresirani gospodarski subjekt je uputio pisani prijedlog temeljem istraživanja trenutne kliničke prakse kao i potreba na tržištu za nabavom predloženih medicinskih proizvoda budući se isti svakodnevno upotrebljavaju u bolnicama diljem RH, a nisu bili uvršteni u tablice temeljem koje su pripremljene tehničke specifikacije. U privitku pisanog prijedloga je dostavljen nacrt tehničkih specifikacija i to kako slijedi:

Spajač-rezač za endoskopsku kirurgiju, baterijski pogonjen, s pametnom funkcijom prepoznavanja vrste punjenja s pomoću RFID čipa integriranog na punjenju i funkcijom detekcije debljine tkiva, kratka dužina drške 65 mm. Kompatibilan s punjenenjima s P2G i P3H tehnologijom. Instrument mora biti univerzalan za sve veličine punjenja i mora se moći aktivirati do 15 puta.
Spajač-rezač za endoskopsku kirurgiju, baterijski pogonjen, s pametnom funkcijom prepoznavanja vrste punjenja s pomoću RFID čipa integriranog na punjenju i funkcijom detekcije debljine tkiva, standardna dužina drške 155mm. Kompatibilan s punjenenjima s P2G i P3H tehnologijom. Instrument mora biti univerzalan za sve veličine punjenja i mora se moći aktivirati do 15 puta.
Spajač-rezač za endoskopsku kirurgiju, baterijski pogonjen, s pametnom funkcijom prepoznavanja vrste punjenja s pomoću RFID čipa integriranog na punjenju i funkcijom detekcije debljine tkiva, ekstra duga dužina drške 225mm. Kompatibilan s punjenenjima s P2G i P3H tehnologijom. Instrument mora biti univerzalan za sve veličine punjenja i mora se moći aktivirati do 15 puta.
Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 30mm, 45 mm i 60 mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm.

Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 30mm, 45 mm i 60 mm s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm
Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 45mm i 60 mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm.
Artikulirajuće punjenje sa zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 30mm, 45 mm, 60 mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm.
Artikulirajuće punjenje sa zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 30mm, 45 mm, 60 mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm
Artikulirajuće punjenje sa zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 60mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm
Spajač-rezač za endoskopsku kirurgiju, standardna dužina drške, kompatibilan sa punjenjima sa spajalicama 2.5 mm, 3.5 mm, 4.2 mm, 4.8 mm, 5.0 mm, 2.0/2.5/3.0mm, 3.0/3.5/4.0mm i 4.0/4.5/5.0mm Instrument mora biti univerzalan za sve veličine punjenja i mora se moći aktivirati do 25 puta.
Spajač-rezač za endoskopsku kirurgiju, kratka dužina drške, kompatibilan sa punjenjima sa spajalicama 2.5 mm, 3.5 mm, 4.2 mm, 4.8 mm, 5.0 mm, 2.0/2.5/3.0mm, 3.0/3.5/4.0mm i 4.0/4.5/5.0mm Instrument mora biti univerzalan za sve veličine punjenja i mora se moći aktivirati do 25 puta.
Spajač-rezač za endoskopsku kirurgiju, ekstra duga dužina drške, kompatibilan sa punjenjima sa spajalicama 2.5 mm, 3.5 mm, 4.2 mm, 4.8 mm, 5.0 mm, 2.0/2.5/3.0mm, 3.0/3.5/4.0mm i 4.0/4.5/5.0mm Instrument mora biti univerzalan za sve veličine punjenja i mora se moći aktivirati do 25 puta.
Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja i P2G tehnologijom, dužine rezne i staplerske linije 30mm, 45 mm, 60 mm, s tri reda spajalica sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 2,5mm
Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja i P2G tehnologijom, dužine rezne i staplerske linije 30mm, 45 mm, 60 mm s tri reda spajalica sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 3,5mm
Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja i P2G tehnologijom, dužine rezne i staplerske linije 45mm, 60 mm, s tri reda spajalica sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 4,2mm
Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja i P2G tehnologijom, dužine rezne i staplerske linije 45mm, 60 mm, s tri reda spajalica sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 4,8mm
Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja i P2G tehnologijom, dužine rezne i staplerske linije 45mm, 60 mm s tri reda spajalica sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 5,0mm
Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač sa zakrivljenim vrhom za endoskopsku kirurgiju dužine rezne linije 30 mm, 45mm, 60 mm visina spajalica 2.5 mm.

Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač sa zakrivljenim vrhom za endoskopsku kirurgiju dužine rezne linije 45 mm, 60 mm visina spajalica 3.5 mm.
Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač sa zakrivljenim vrhom za endoskopsku kirurgiju dužine rezne linije 45 mm, 60 mm visina spajalica 4.8 mm.
Cirkularni stapler veličine 21 mm, 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm, sa spajalicama visine 4.5mm, zakrivljeni, s obarajućom glavom 90°/360°, integriranim trokarom, povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, te asimetričnim okretnim gumbom radi preciznijeg okretaja punog kruga.
Cirkularni stapler, ekstra dugački, veličine 21 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 33 mm zakrivljeni, s obarajućom glavom 90°/360°, integriranim trokarom, povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, te asimetričnim okretnim gumbom radi preciznijeg okretaja punog kruga.
Cirkularni stapler veličine 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm, sa spajalicama visine 4.5 mm, 4.8 mm, 5.0 mm, zakrivljeni, s obarajućom glavom 90°/360°, integriranim trokarom, povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju,asimetričnim okretnim gumbom radi preciznijeg okretaja punog kruga te FTS tehnologijom za protekciju enteralne sonde
Spajač-rezač za otvorenu kirurgiju, 60 mm, 80mm, 100 mm duljine, za standardnu debljinu tkiva sa spajalicom visine 3.8 mm.
Spajač-rezač za otvorenu kirurgiju, 60 mm, 80 mm, 100 mm duljine, za deblja tkiva, sa spajalicom visine 4.8 mm.
Punjenje za spajač-rezač 60 mm, 80 mm, 100 mm s integriranim nožem, za standardnu debljinu tkiva, sa staplicom visine 3.8 mm .
Punjenje za spajač-rezač 60 mm, 80 mm, 100 mm s integriranim nožem, za deblja tkiva, sa staplicom visine 4.8 mm.
Linearni spajač za otvorenu kirurgiju 30 mm, 45 mm, 60 mm, 90 mm duljine, za standardnu debljinu tkiva, sa visinom spajalica 3.5 mm, sa bojom kodrianim indikatorom položaja čeljusti i ugrađenom reznom linijom.
Linearni spajač za otvorenu kirurgiju 30 mm, 45 mm, 60 mm, 90 mm duljine, za deblja tkiva, sa visinom spajalica 4.8 mm, sa bojom kodrianim indikatorom položaja čeljusti i ugrađenom reznom linijom.
Punjenje za linearni spajač 30 mm, 45 mm, 60 mm, 90 mm visina spajalica 3.5 mm
Punjenje za linearni spajač 30 mm, 45 mm, 60 mm, 90 mm visina spajalica 4.8 mm
Linearni spajač s nožem za nisku resekciju rektuma, 40 mm duljine, za deblja tkiva, sa spajalicom visine 4.8 mm.
Punjenje za linearni spajač s nožem za nisku resekciju rektuma, 40 mm duljine, za deblja tkiva, sa spajalicom visine 4.8 mm.

Odgovor: Nakon analize članova stručnog povjerenstva zaključeno je da će se sve navedene predložene stavke uvrstiti u nacrt tehničkih specifikacija pod posebnom grupom.

Ovaj se Zapisnik/Izvješće sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku kao i neposredno na sastanku te odgovorima na iste javno objavljuje na web stranici Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka zajedničke nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU