

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
KLASA: 406-01/23-01/17
URBROJ: 2170-29-03/4-23-2
Rijeka, 20.01.2023.

- SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- STRUČNOJ JAVNOSTI

PREDMET: Zapisnik/Izvešće o održanim „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka zajedničke javne nabave **Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika.**

Zajednički naručitelj/središnje tijelo **Klinički bolnički centar Rijeka** temeljem Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 05. studenog 2021.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-22-17 od 15. ožujka 2022.) donesenih od strane ministra zdravstva priprema postupak zajedničke javne nabave velike vrijednosti za **Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika.**

S ciljem istraživanja tržišta zajednički naručitelj/središnje tijelo **Klinički bolnički centar Rijeka** objavio je javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka zajedničke javne nabave – tehničke konzultacije u sklopu kojih je na dan **18.01.2023. godine** održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i stručnom javnošću.

Pozivu na tehničke konzultacije odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Mirela Nazor, B.Braun Adria d.o.o.
2. Dražen Obradović, B.Braun Adria d.o.o.
3. Franjo Brzović, Markomed d.o.o.
4. Dario Takač, Markomed d.o.o.
5. Ivan Stipić, Pharmamed Mado d.o.o. - online
6. Anđela Bralić, Pharmamed Mado d.o.o. - online
7. Katarina Schramayer, Tik Zagreb d.o.o.
8. Davor Juriša, Aminomed Zagreb d.o.o.
9. Anica Juriša, Aminomed Zagreb d.o.o.

Pozivu na tehničke konzultacije odazvali su se sljedeći članovi povjerenstva i predstavnici zainteresirane stručne javnosti:

1. Ankica Vidović, mag.pharm.
2. Svjetlana Jakovac, farm.tehn./mag.oec.
3. Daniela Ferro Prpić, dipl.oec.
4. Kristina Lenac, dipl.oec.
5. Nikolina Gulić, dipl.oec.
6. Nikolina Mažar, dipl.oec.
7. Lara Lopac, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
8. Suzana Ivos, Klinička bolnica Dubrava – online

Zajednički naručitelj/središnje tijelo zaprimio je zaključno sa danom održavanja sastanka pisane prijedloge u svezi s objavljenim okvirnim nacrtom tehničkih specifikacija kako slijedi:

Pitanje/Prijedlog:

- grupa 3 – Intravenozne kanile
- traženo je da se izmjene opisi na način da se korigira broj linija
– traži se dodavanje stavki

- grupa 5 – Kutne igle
 - traži se dodavanje stavki
 - grupa 6 – Kateteri potkožni
 - traži se dodavanje stavki
 - grupa 7 – Prijenosne elastomerne pumpe
 - traži se izmjena opisa za stavke 2 i 4
 - traži se izmjena opisa I i izbacivanje dijela opisa proizvoda
 - grupa 9 – Potrošni materijal za sigurnu primjenu intravenske citostatske terapije
 - traži se izmjena opisa za stavke 1, 2 i 3, te brisanje stavki 10 i 11
 - grupa 10 – KANILE I.V. sa dodatnom portom
 - traži se izdvajanje stavki od 2 do 5 u novu grupu
 - grupa 11 – Pripoj bezigleni
 - traži se dodavanje stavki
 - grupa 15 – Proizvodi za sigurnu pripremu i primjenu terapije
 - traži se izdvajanje stavki 1, 3 i 5 u novu grupu
 - grupa 19 – Štrcaljka dvodjelna za jednokratnu uporabu
 - traži se dodavanje stavki
 - grupa 20 – Priključci i nastavci za aplikaciju citotoksičnih lijekova i medicinski potrošni materijal za kratkotrajnu i dugotrajnu aplikaciju citostatskih lijekova
 - traži se dodavanje stavki
 - grupa 22 – Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, bez sigurnosno-zaštitnog mehanizma na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi stoper krvi izrađen od hidrofobnog poliamida, bez PVCa, DEHP-a i lateksa
 - traži se izdvajanje stavki od 1 do 9 u novu grupu
 - traži se izdvajanje stavki 21, 22, 23, 26 i 27 u zasebnu grupu, ili barem stavki 21, 22, 23 u zasebnu grupu
 - traži se dodavanje stavki
 - grupa 23 – Čepovi za beziglene pripoje
 - traži se izdvajanje stavke 2 u zasebnu grupu
 - grupa 24 – Potrošni materijal
 - traži se izmjena opisa stavke 14 kako slijedi: Dvostruki produžni set manjeg lumena, dužine 15 cm, s integrirana dva beziglena pripoja koji isključuju potrebu za ispiranjem hepariniziranom fiziološkom otopinom.
 - traži se dodavanje stavki
- predlaže se dodavanje nove grupe sa sistemima koji se koriste u ustanovama, a koji su izostavljeni
- predlaže se dodavanje novih grupa s novim proizvodima - biopsijski sistemi 1, biopsijski sistemi 2 i potrošni materijal za izradu totalne parenteralne prehrane

ODGOVOR:

Svi gore navedeni prijedlozi koji obuhvaćaju potrošni materijal za primjenu citostatske terapije, prihvaćeni su.

Na sastanku su predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata postavili sljedeća pitanja, odnosno iznijeli sljedeće prijedloge:

1. Pitanje/Prijedlog:
 - grupa 1 – predloženo razdvajanje stavki na 4 stavke sa pojedinačnom mililitražom
2. Pitanje/Prijedlog:
 - svi prisutni predložili su da se materijali grupiraju prema sistemskom rješenju prema pumpama koje ustanove koriste

3. Pitanje/Prijedlog:

– u naziv grupe 3 za intravenozne kanile dodati da se radi o kanilama za davanje citostatske terapije

ODGOVOR:

Svi gore navedeni prijedlozi koji obuhvaćaju potrošni materijal za primjenu citostatske terapije, prihvaćeni su.

Na sastanku su predstavnici zainteresirane stručne javnosti postavili sljedeća pitanja, odnosno iznijeli sljedeće prijedloge:

1. Pitanje/Prijedlog:

- grupa 2 – traženo je brisanje ili izmjena opisa stavke 19

ODGOVOR:

Prijedlog nije prihvaćen s obzirom da se radi o dijelu sistemskog rješenja koji podrazumjeva i artikl iz stavke 19.

ZAKLJUČNO:

Troškovnik je raščišćen od potrošnog materijala koji ne uključuje manipulaciju sa citostatskim lijekovima, grupiran je prema sustavnim rješenjima te se sada sastoji od 12 grupa.

Ovaj se Zapisnik/Izvješće sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku kao i neposredno na sastanku te odgovorima na iste javno objavljuje na web stranici Ministarstva zdravstva kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka zajedničke nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU