

KLASA: 406-01/22-01/571
URBROJ: 2181-147-05/D.M-23-2
U Splitu, 13. siječnja 2023.

**- SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- STRUČNOJ JAVNOSTI**

PREDMET: Zapisnik/Izvješće o održanim „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka zajedničke javne nabave za **materijal za postojeće EKG monitore i defibrilatore te ostali pribor za praćenje srčanih funkcija** za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj

Zajednički naručitelj/središnje tijelo Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, Split, temeljem Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave (KLASA: 406- 09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 05. studenog 2021.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21- 01/30, URBROJ: 534-05-2/1-22-17 od 15. ožujka 2022.) donesenih od strane ministra zdravstva priprema postupak zajedničke javne nabave velike vrijednosti za zajedničku javnu nabavu materijala za postojeće EKG monitore i defibrilatore te ostali pribor za praćenje srčanih funkcija za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

S ciljem istraživanja tržišta zajednički naručitelj/središnje tijelo je objavio javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka zajedničke javne nabave – tehničke konzultacije u sklopu kojih je na dan 11. siječnja 2023. u 12,00 sati održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i stručnom javnošću.

Pozivu na „tehničke konzultacije“ odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Predstavnik društva CROEL d.o.o.
2. Predstavnik društva KARDIAN d.o.o. (online)

Pozivu na „tehničke konzultacije“ odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresirane stručne javnosti:

1. Predstavnik Kliničke bolnice Dubrava (online)

Zajednički naručitelj/središnje tijelo je zaključno s danom održavanja sastanka zaprimio pisane prijedloge u svezi s objavljenim okvirnim nacrtom tehničkih specifikacija o kojima su na sastanku raspravljali predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata, predstavnik zainteresirane stručne javnosti i prisutni članovi Stručnog povjerenstva zaduženi za izradu tehničkih specifikacija.

1. Pitanje/Prijedlog:

Zainteresirani gospodarski subjekt predložio je da se u tehničke specifikacije za materijal za Holter EKG-a uključi i materijal za uređaje NorthEast Monitoring DR180+, NorthEast Monitoring DR181, NorthEast Monitoring DR200 i Lumed EuroHolter.

ODGOVOR: Stručno povjerenstvo prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta

Zajednički naručitelj/središnje tijelo je zaključno s danom održavanja sastanka je zaprimio i pisani prijedlog zainteresirane stručne javnosti kako slijedi:

1. Pitanje/Prijedlog:

Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16, 10000, Zagreb predlaže da se u tehničke specifikacije za materijal za postojeće defibrilatore uključi i materijal za defibrilator Hellige Defiport SCP 912 i defibrilator Hewlett-Packard 43120A

2. Pitanje/Prijedlog:

Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16, 10000, Zagreb predlaže da se u tehničke specifikacije za materijal za postojeće defibrilatore uključe dodatne stavke:

- SD kartica,
- baterija za defibrilator,
- punjač za baterij
- kabel za napajanje

3. Pitanje/Prijedlog:

Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16, 10000, Zagreb predlaže da se u tehničke specifikacije za materijal za postojeće EKG uređaje uključi i materijal za uređaje EKG-2450-cardiofax m, EKG MORTARA ELI 250, EKG Welch Allyn CP150 i Philips Pagewriter TC30

4. Pitanje/Prijedlog:

Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16, 10000, Zagreb predlaže da se u tehničke specifikacije za materijal za Holter EKG-a uključi i materijal za Holter Medilog Darwin V2, Holter Philips DTXT i Holter CardioDay

5. Pitanje/Prijedlog:

Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16, 10000, Zagreb predlaže da se u tehničke specifikacije za materijal za Holter EKG-a uključe stavke:

- recorder,
- kućište za recorder

ODGOVOR: Stručno povjerenstvo prihvaća Pitanja/Prijedloge od 1. do 5. zainteresirane stručne javnosti.

Stručno povjerenstvo je konstatiralo kako je u tehničkim specifikacijama materijala za postojeće EKG monitore i defibrilatore kao pojedinačna stavka uvršten tremo papir i papir za defibrilator. Zaključeno je kako je riječ o specifičnim stavkama koje će se izdvojiti iz zajedničke javne nabave za navedenu javnonabavnu kategoriju.

Nakon rasprave i pojašnjenja tehničkih specifikacija prisutni sudionici sastanka nisu imali primjedbi na odgovore i zaključke članova Stručnog povjerenstva. Sudionicima sastanka je pružena mogućnost dostave dodatnih pisanih prijedloga i primjedbi nastavno na zaključke sa sastanka.

Zajednički naručitelj/središnje tijelo je dana 12. siječnja 2023. zaprimio pisani prijedlog zainteresirane stručne javnosti kako slijedi:

1. Pitanje/Prijedlog:

Klinička bolnica Dubrava, Av. Gojka Šuška, 10000, Zagreb predlaže da se u tehničke specifikacije za materijal za postojeće defibrilatore uključi i materijal za uređaje Lifepak 20 i Lifepak 15 tvrtke Medtronic.

Osim toga Klinička bolnica Dubrava, Av. Gojka Šuška, 10000, Zagreb predlaže da se electrode za defibrilaciju vežu u istu grupu jer su usko vezane uz uređaje i zahtjevaju kompatibilnost s istim.

2. Pitanje/Prijedlog:

Klinička bolnica Dubrava, Av. Gojka Šuška, 10000, Zagreb predlaže da se u tehničke specifikacije za EKG uređaje uključi i materijal za uređaje MAC 800, GE Medical Systems, MAC 1200 ST, GE Medical System i MAC 2000, GE Medical Systems.

3. Pitanje/Prijedlog:

Klinička bolnica Dubrava, Av. Gojka Šuška, 10000, Zagreb predlaže da se u tehničke specifikacije za materijal za Holter EKG-a uključi i materijal za Mortara instrument holter Model H3+

ODGOVOR: Stručno povjerenstvo prihvaća Pitanja/Prijedloge od 1. do 3. zainteresirane stručne javnosti

4. Pitanje/Prijedlog:

Klinička bolnica Dubrava, Av. Gojka Šuška, 10000, Zagreb predlaže da se u tehničke specifikacije za materijal za EKG elektrode dodaju slijedeće specifikacije:

a. EKG monitoring elektrode na netkanoj tekstilnoj podlozi koja omogućuje disanje kože, za dugotrajno nošenje. Hipoalergijsko medicinsko ljepilo, s čvrstim gelom zaštićenim poklopcem protiv isušivanja, ne ostavlja tragove na koži, promjer 6 cm, pogodna za zahtjevne pretrage poput ergometrije i holter ekg-a, ne sadrži latex. 50 komada u vrećici.

b. EKG monitoring elektrode na pjenastoj podlozi, hipoalergijsko medicinsko ljepilo, otporne na tekućine, s ljepljivim gelom, vrijeme nošenja do 72 h, dimenzija 4,0 cm x 3,3 cm, ne sadrži latex. Pakirane po 10 komada na podložnom papiru, 50 kom u vrećici.

c. Elektroda EKG pedijatrijska monitoring promjera 4,4 cm; sadrži papirnatu podlogu koja omogućuje disanje kože, hipoalergijsko ljepilo, nizak profil, vodič od srebra i srebrnog klorida, čvrsti gel koji se ne isušuje i ne ostavlja tragove na koži. 50 komada u vrećici

ODGOVOR: Stručno povjerenstvo djelomično prihvaća prijedlog zainteresirane stručne javnosti.

Stavka 1. grupe EKG elektrode se mijenja na način da glasi:

EKG elektrode na netkanoj tekstilnoj podlozi za dugotrajno nošenje. Hipoalergijsko medicinsko ljepilo koje ne ostavlja tragove na koži, promjera 6 cm, s čvrstim gelom zaštićenim poklopcem protiv isušivanja, pogodna za zahtjevne pretrage poput ergometrije i holter EKG-a, ne sadrži latex

Odbija se prijedlog za uvrštavanjem specifikacija opisanih pod b. i c. jer su gotovo identične tehničke specifikacije već uvrštene u grupu materijala za EKG elektrode.

Temeljem rasprave na održanom sastanku/ „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka zajedničke javne nabave za **materijal za postojeće EKG monitore i defibrilatore te ostali pribor za praćenje srčanih funkcija** za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj i dostavljenih primjedbi/prijedloga članovi Stručnog povjerenstva su izradili konačnu tehničku specifikaciju za navedeni predmet nabave.

Ovaj se Zapisnik/Izvješće javno objavljuje na web stranici Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka zajedničke nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU