



# HZJZ

ZDRAVLJEPRVO.

HRVATSKI ZAVOD  
ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
Rockefellerova 7  
HR-10000 Zagreb  
T. +385 1 4863 222  
E. [ravnateljstvo@hzjz.hr](mailto:ravnateljstvo@hzjz.hr)  
p.p. 161  
[www.hzjz.hr](http://www.hzjz.hr)

KLASA: 406-11/24-13/8  
URBROJ: 117-13-132-24-3  
U Zagrebu, 11. studeni 2024.

## SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

### STRUČNOJ JAVNOSTI

**PREDMET:** Zapisnik/Izvešće o održanim „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka zajedničke javne nabave Brzi antigenski testovi.

Zajednički naručitelj/središnje tijelo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, temeljem Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 05. studenog 2021.), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-22-17 od 15. ožujka 2022.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-23-401 od 27. prosinca 2023.) donesenih od strane ministra zdravstva, priprema postupak zajedničke javne nabave velike vrijednosti za brze antigenske testove.

S ciljem istraživanja tržišta zajednički naručitelj/središnje tijelo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, objavio je javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka zajedničke javne nabave – tehničke konzultacije u sklopu kojih je na dan 08. studenog 2024. godine održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i stručnom javnošću.

Pozivu na „tehničke konzultacije“ odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. *Predstavnica društvo "Biomax" d.o.o.*

Na sastanku su predstavnica zainteresiranog gospodarskog subjekata postavila je sljedeća pitanja:

Pitanje:

U tehničkoj specifikaciji grupe 1. navodi se da je test registriran i validiran za uzorke obrisaka prednjeg nosnog hodnika i/ili ždrijela i/ili nazofarinksa. Koji od kriterija uzorci moraju zadovoljavati?

Odgovor:

Preporuča se da je uzorak obrisak nazofarniksa, međutim kako su svi testovi u kategoriji A klinički validirani i zadovoljavaju visoke kriterije osjetljivosti i specifičnosti, te zadovoljavaju tehničke karakteristike i nisu isključivi. Testovi koji su bazirani na obrisku nazofarniksa ili nosa u kategoriji A su prihvatljivi. Uvjet da su u kategoriji A je ključan.

Naručitelj dodaje da za grupu 2. ako su testovi validirani, onda je prihvatljiv svaki od navedenih uzoraka ako su validirani za COVID-19.

Pitanje:

Dali test mora biti iz kategorije A važeće HSC liste?

Odgovor:

Test mora biti iz kategorije A zadnje odobrene HSC liste.

Ovaj se Zapisnik/Izvešće sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku kao i neposredno na sastanku te odgovorima na iste javno objavljuje na web stranici zajedničkog naručitelja/središnjeg tijela Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Ksaver 200a, Zagreb, kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka zajedničke nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU