



Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini – Pitanja i odgovori 1 (23.rujna 2015)

Rbr.	PITANJA	ODGOVORI
1	Da li prijavitelj može biti koncesionar - stomatološka ordinacija koja djeluje na području županije koja spada u II skupinu prema indeksu razvijenosti, ali ordinacija je na području jedinice lokalne samouprave koja spada u III skupinu razvijenosti?	Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva su koncesionari i domovi zdravlja koji se nalaze na području ŽUPANIJE koja spada u II. skupinu prema indeksu razvijenosti, neovisno u kojoj jedinici lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti se nalaze.
2	Pitanje vezano uz prijavni obrazac -točka 6. i točka 11. - da li je kod koncesionara obavezno koristiti barem neku od promidžbenih mjera, ako da, je li pri planiranju troškova promidžbe i vidljivosti potrebno prikupiti ponude i iste dostaviti uz prijavu ili je dovoljno planirati iznose temeljem istraživanja tržišta?	Planiranje promidžbenih mjera je obavezno te je prilikom unosa troškova u obrazloženju potrebno napomenuti da je iznos dobiven sukladno ponudi ili istraživanju tržišta. Predlažemo da na web stranicama Ministarstva zdravlja konzultirate "Ogledni primjer_Prijavni obrazac dio A" za bolje razumijevanje.
3	U prijavnom obrascu, točka 6. dio 1. - ne pojavljuje se padajući meni kod Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja Operativnog programa. Što upisati u tom dijelu? Isto vrijedi i za naredno pitanje, te za dio analiza troškova. O čemu ovisi funkcionalnost MIS-a?	Prijavni obrazac ispunjavate ručno u .doc formatu te se pritom možete na web stranicama Ministarstva zdravlja konzultirati sa "Oglednim primjerom_Prijavni obrazac dio A" za bolje razumijevanje. Sve napomene za MIS i njegovu funkcionalnost nisu predmet ovog Poziva, ali dio su ovog obrasca te ih je u tom smislu potrebno ignorirati.



Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini – Pitanja i odgovori 1 (23.rujna 2015)

4	<p>Pitanje vezano uz točku 6.2. Nabava (uputa za prijavitelje) - navedeno je Za nabavu opreme, Ministarstvo zdravlja provodi postupak objedinjene javne nabave kroz koju će biti sklopljen okvirni sporazum po kojem će Korisnici sklapati ugovore i vršiti plaćanja po definiranim uvjetima i fiksnim cijenama. Da li se to odnosi i na koncesionare ili će oni samostalno provoditi javnu nabavu prema uputama iz Priloga 5? Ukoliko će samostalno voditi nabavu da li se troškovi nabave (pomoć stručnjaka za provedbu procesa nabave) mogu navesti u kategoriji administracija i upravljanje projektom (točka 6. prijavnog obrasca)?</p>	<p>Koncesionari će se voditi načelima javne nabave samo u slučaju eventualnog zapošljavanja osobe zadužene za upravljanje projektom, nabave materijala za promidžbu i vidljivost i nabave usluge vezane za UZV edukaciju. Nabavu opreme provodi isključivo Ministarstvo zdravlja putem objedinjene javne nabave. Prihvatljivi su izdaci za opremu nabavljeno isključivo putem te nabave.</p>
5	<p>Obzirom da je predviđeno plaćanje metodom povrata izdataka te da predujam može iznositi max. 30% da li korisnik mora na neki način dokazati način tj. financijska sredstva za provedbu projekta?</p>	<p>Molimo da konzultirate točku 2.5.1 Sposobnost prijavitelja.</p>
6	<p>Je li prihvatljiv trošak izrada tehničke dokumentacije povezane s građevinskim radovima rekonstrukcije Doma zdravlja u cilju ispunjenja Pravilnika, koja će biti izrađena prije datuma predaje projektne prijave jer će biti dio projektne prijave (Glavni projekt i troškovnik građevinskih radova)?</p>	<p>Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od 1. siječnja 2015. godine do završetka provedbe Projekta. Prihvatljiv će biti trošak izrade tehničke dokumentacije ali samo u kombinaciji sa aktivnosti izgradnje po istoj</p>
7	<p>U uputama za prijavitelje navodi se Financijska sigurnost prijavitelja osigurana sredstvima hladnog pogona iz ugovora s HZZO u vrijednosti projekta. Da li vrijednost sredstava hladnog pogona iz ugovora s HZZO-om mora biti proporcionalna vrijednosti tražene bespovratne potpore? Odnosno kolika mora biti vrijednost sredstava hladnog pogona u odnosu na vrijednost tražene potpore da bi zadovoljili odgovor na pitanje 3.1. iz Obrasca za ocjenjivanje kvalitete?</p>	<p>U ugovoru moraju biti istaknuta sredstva hladnog pogona te će se, ukoliko bude potrebno, povrat vršiti do njegovog potpunog izvršenja koliko god to mjeseci iznosilo.</p>



Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini – Pitanja i odgovori 1 (23.rujna 2015)

8	Navodite da su krajnji korisnici stanovnici depriviranih i izoliranih područja, jesu li to svi stanovnici svih gradova i općina tih županija, ili postoji definicija pojma izolirana i deprivirana područja u skladu s indeksom razvijenosti?	Krajnji korisnici operacije jesu oni koje ste definirali. Krajnji korisnici projekta će biti oni koje Vaš projekt obuhvaća. Kao primjer navodimo za krajnje korisnike sve pacijente u skrbi i pacijente u skrbi unutar skupne prakse.
9	U Obrascu za ocjenjivanje kvalitete navodi se pitanje 6.1. Je li prijavitelj dostavio dokaz o zbrinjavanju infektivnog otpada? U popisu prijavne dokumentacije ne navodi se ovaj dokument, pretpostavljam da iz ovog slijedi da je Dokaz o zbrinjavanju infektivnog otpada moguće dostaviti kao prilog projektne dokumentacije?	Dokaz o zbrinjavanju infektivnog otpada potrebno je dostaviti ukoliko ga posjedujete te će se bodovati sukladno evaluacijskom obrascu. Ovo nije eliminacijski kriterij.
10	Evo nekoliko pitanja nakon radionice u Splitu 1. Za vrijeme radionice rečeno je da se cijela radionica snima te, da će biti video biti postavljen na webu ministarstva. Ne mogu ga pronaći. Možete li mi poslati link na njega? 2. Da li je dentalni ortopan dostupan i za koncesionare ili samo za Domove zdravlja? 3. U koju grupu je svrstana Splitsko-dalmatinska županija, prvu ili drugu?	1. Video svih radionica moguće je pronaći na web stranicama Ministarstva zdravlja. 2. Molimo da konzultirate popis opreme koji je prilog važećoj natječajnoj dokumentaciji 3. Molimo da konzultirate podatke na sljedećoj poveznici http://www.propisi.hr/print.php?id=10486
11	S obzirom da je natječaj otvoren od 15.09., molimo Vas da nam odgovorite kako će se postupati s prijavama predanim prije prvog ispravka poziva na dostavu projektnih prijedloga, a s obzirom da postoje izmjene natječaja (od adese na koju se šalje prijava do popisa potrebne dokumentacije i popisa prihvatljive opreme).	Sve prijave koje su poslone ili osobnim dolaskom zaprimljene 15.09. biti će evaluirane u skladu sa do tada važećim uvjetima natječaja.



Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini – Pitanja i odgovori 1 (23.rujna 2015)

13	<p>Upravljanje projektom i administracija smo shvatili da idemo najviše 5% od vrijednosti projekta(nabavljamo opremu) osobi koja vodi projekt, pitanje je slijedeće kad budemo obračun plaće radili(s obzirom da planiramo osobu koja je u radnom odnosu u ustanovi staviti na to mjesto), da li je to brutto iznos ili neto iznos?</p>	<p>Pod troškom zaposlenika podrazumijeva se ukupan trošak poslodavca. U slučaju zaposlenika Vaše ustanove to čini poreze, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neto plaću te naknadu za prijevoz - dakle sve što čini ukupan trošak poslodavca. Ukoliko zaposlenik radi 10% ukupnog mjesečnog fonda sati a iz platne liste je vidljivo da radi za 10.000,00 HRK(Ukupan trošak poslodavca) tada će se priznati trošak rada u vrijednosti od 1.000,00 HRK.</p>
14	<p>Je li Ugovor o skupnoj praksi (za koncesionare) ili dokaz o održavanju peer grupa dio projektne prijave? U Uputama za prijavitelje u točki 7.1. nije naveden, a u Vašoj prezentaciji na slajdu pod nazivom Sadržaj projektne prijave je naveden.</p>	<p>Ukoliko želite ostvariti bodovanje po ovom kriteriju onda je potrebno dostaviti dokaz o održavanju peer grupa koji je sadržan u ugovoru s HZZO-om.</p>
15	<p>Molim Vas pojašnjenje točke 5.3., što znači jedna elektronička verzija izvezenog pdf. Formata Prijavnog obrasca A? U MIS sustavu https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap Prijavni obrazac za ovaj poziv nije dostupan, na koji način je potrebno napraviti izvezeni pdf. Format?</p>	<p>Jedna elektronička verzija izvezenog pdf formata Prijavnog obrasca A znači nakon što je Prijavni obrazac A u word formatu ispunjen isti je potrebno potpisati i dostaviti skeniranog.</p>



Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini – Pitanja i odgovori 1 (23.rujna 2015)

16	Možete li pojasniti koju je sve dokumentaciju potrebno dostaviti kao tehničku dokumentaciju za izvođenje radova?	Za infrastrukturni zahvat je potrebno dostaviti svu tehničku dokumentaciju (troškovnik, 3-5 relevantnih nacрта, tehnički opis zahvata) te važeće dozvole za gradnju sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13). Ukoliko se radi o zahvatu za koji nije potrebna građevinska dozvola sukladno spomenutom zakonu, uz projektnu prijavu je potrebno priložiti svu tehničku dokumentaciju, a obavezno detaljni troškovnik, relevantne nacрте (ukoliko je primjenjivo) i tehnički opis zahvata.
17	Pedijatar sam u koncesijskoj ordinaciji i molim Vas odgovor na sljedeći upit: U natječajnoj dokumentaciji ste ponudili pedijatrijski prenosivi UZV s mikrokonveksnom sondom i linearnom sondom. Za moj daljnji rad bi mi trebala kombinacija navedene linearne sonde i konveksne abdominalne sonde min. raspona 2-8 MHz. Navedenu abdominalnu sondu ste ponudili u drugoj opciji pedijatrijskog UZV, ali ne kao izdvojenu opciju. Mogu li u natječaju prijaviti pedijatrijski prenosivi UZV u kombinaciji sondi: linearna + abdominalna ili se isključivo mogu prijaviti navedene kombinacije?	Isključivo se mogu prijaviti kombinacije navedene u Prilogu 1a.



Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini – Pitanja i odgovori 1 (23.rujna 2015)

18	<p>Koncesionar sam i zainteresiran za sudjelovanje u ovom projektu. Na putu za prijavu susreo sam se s jednim problemom, naime ja sam najviše zainteresiran za nabavu ultrazvuka, koji može donijeti najviše koristi u krajnjem cilju ovog projekta, ali za njega nemam adekvatnu izobrazbu te bih upisao potreban tečaj. Na njega me netko mora poslati. Ja kao nositelj ugovora za ordinaciju ne mogu upisati tečaj u KBC Split, ako me ne pošalje netko. Sada je pitanje, tko? Od koga moram tražiti da me uputi na edukaciju?</p>	<p>Trošak edukacije je prihvatljiv trošak u okviru ovog Poziva. Prema našem saznanju na tečaj ultrazvuka se možete sami prijaviti.</p>
19	<p>Molim Vas za odgovor u vezi prijave na Otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini", na koji način će se izvršiti prijava za manji infrastrukturni zahvat odnosno priprema tehničke dokumentacije povezane s građevinskim radovima dogradnje/rekonstrukcije/adaptacije u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme ("NN" broj 61/11 i 128/12).</p> <p>Konkretno radi se i rekonstrukciji sanitarnog čvora odnosno prenamjeni sanitarnog čvora za pacijente u sanitarni čvor za osobe sa invaliditetom u Ambulanti u Žakanju. Da li je za taj zahvat osim Ponude za izradu tehničke dokumentacije potrebno dostaviti i tehničku dokumentaciju sa troškovnikom?</p>	<p>U projektnoj prijavi koja sadrži infrastrukturne zahvate, a u trenutku prijave postoji cjelovita tehnička dokumentacija, potrebno je dostaviti svu tehničku dokumentaciju (troškovnik, 3-5 relevantnih nacrti, tehnički opis zahvata) te važeće dozvole za gradnju sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13). Ukoliko se radi o zahvatu za koji nije potrebna građevinska dozvola sukladno spomenutom zakonu, uz projektnu prijavu je potrebno priložiti svu tehničku dokumentaciju, a obavezno detaljni troškovnik, 3-5 relevantnih nacrti i tehnički opis zahvata.</p>



Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini – Pitanja i odgovori 1 (23.rujna 2015)

20	<p>1. Možete li pojasniti što se smatra "dokazom o održavanju peer grupa" za domove zdravlja?</p> <p>2. U vezi pokazatelja Poziva, početna godina se uzima 2013. Da li je početna vrijednost pokazatelja, ukupan broj uputnica koje je Dom zdravlja izdao u 2013., ili se gledaju samo uputnice za djelatnosti za koje se nabavlja oprema? Također, je li ciljni pokazatelj 2020. ili 2023., te je li to ukupan broj uputnica koje će Dom zdravlja izdati te godine ili samo broj uputnica koje će izdati za djelatnosti za koje će se koristiti nabavljena oprema?</p>	<p>1. U ugovoru sa HZZO-om stoji održavanje peer-grupa koje ste prijavili HZZO-u. Dokaz je dakle ugovor.</p> <p>2. Početna vrijednost pokazatelja je ukupan broj uputnica (A1, A2 i A3) koje je Dom zdravlja izdao zaključno sa danom podnošenja projektne prijave, a odnosi se na djelatnosti koje su zahvaćene nekom od projektnih aktivnosti. Ciljni pokazatelj na razini projekta se mjeri u odnosu na zaključno dan koji pada 5 godina nakon završetka provedbene projekta. 2013. godina je godina u odnosu na koju će Europska komisija pratiti smanjenje upućivanja na razini županija klasificiranih u I. i II. grupu prema indeksu razvijenosti ili otoku.</p>
21	<p>Šaljem Vam ovaj mail tako da znam da li je koncesionarima unutar poziva za "Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini" (EU sredstvima) dozvoljeno birati opremu i dobavljača koji zadovoljavaju postavljene financijske parametre natječaja?</p>	<p>Dozvoljeno je planirati kupnju opreme koja se nalazi na Popisu 1b i to od dobavljača koji će biti navedeni na web stranicama Ministarstva zdravlja nakon obavljenog postupka objedinjene javne nabave.</p>



Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini – Pitanja i odgovori 1 (23.rujna 2015)

22	<p>Da li iz svog regionalnog HZZO ureda mogu dobiti podatke o mojim indikatorima učinkovitosti i kvalitete da bih što realnije mogla ispuniti Vašu prijavu za nabavu opreme?</p>	<p>Da, podatke o Vašim indikatorima učinkovitosti i kvalitete možete dobiti od regionalnog HZZO ureda ali ih sukladno natječajnoj dokumentaciji, ne trebate popunjavati u sklopu projektne prijave već će te podatke za evaluaciju osigurati Ministarstvo zdravlja od HZZO-a</p>
24	<p>Molim vas pojašnjenje Prijavnog obrasca dio A. u postupku HR. MIZ9.a1, a vezano uz sljedeće: Da li je moguće predati prijavni obrazac i ne tražiti naknadu troškova za promidžbu i vidljivost, te za upravljanje projektom i administriranje. Naime obzirom na niske troškove naljepnica, te jednostavnost samog postupka razmišljamo da za isto ne tražimo nikakva sredstava.</p>	<p>Projektom prijedlogom mora se predvidjeti promidžba i vidljivost, kao i najmanje jedna osoba koja će raditi na provedbi projektnih aktivnosti.</p>
25	<p>Molim vas pojašnjenje Prijavnog obrasca dio A. u postupku HR. MIZ9.a1, a vezano uz sljedeće: U tabeli 6.0 (str.8.) potrebno je pod točkom 1. Unaprijed određeni pokazatelji za praćenje i potvrdu ostvarenja cilja - Pod mjerene vrijednosti upisati „Polazišnu vrijednost“ i „Ciljnu vrijednost“ . U primjeru popunjenog Prijavnog obrasca rubrike su popunjene s oznakama „n/a“ odnosno za domove zdravlja oznakom „/“. Možete li pojasniti što je potrebno upisati odnosno što znači „n/a“ ili „/“?</p>	<p>Budući da Vi niste dužni imati podatke o broju A1, A2 i A3 uputnica u trenutku podnošenja projektne prijave (polazišna vrijednost) pa tako ni ciljnu vrijednost, staviti ćete u te rubrike n/p (nije primjenjivo) te ćete doprinos indikatoru procijeniti u postotku.</p>
26	<p>Molim vas pojašnjenje Prijavnog obrasca dio A. u postupku HR. MIZ9.a1, a vezano uz sljedeće: U tabeli „Elementi projekta i proračuna“ (str. 9) da li je potrebno za svaki dio opreme koji se nabavlja (npr. pisač) napisati cilj koji se namjerava postići i obrazložiti taj cilj za svaki pojedini nabavljeni dio opreme?</p>	<p>Molimo Vas da konzultirate ogledni primjer Obrasca A</p>



Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini – Pitanja i odgovori 1 (23.rujna 2015)

27	<p>Molim vas pojašnjenje Prijavnog obrasca dio A. u postupku HR. MIZ9.a1, a vezano uz sljedeće: Nakon tabele „Elementi projekta i proračuna“ slijedi Sažetak kategorija troškova u kojem su navedene 1., 2. i 3. kategorija troškova bez specifikacije da li je pod 1. kategorijom riječ o nabavi opreme, pod 2. o edukaciji, a pod 3. o promidžbi i vidljivosti – ili je tu riječ o možda o kategorijama koje su specificirane u „Prilogu 1a: Popis prihvatljive opreme za koncesionare po kategorijama“? U primjeru popunjenog obrasca vidljivo je da se navode svi troškovi uključujući i npr. promidžbu i vidljivost. Što treba upisati u taj dio obrasca i da li se u obrascu mogu dodavati tabele i kolone???</p>	<p>Ovdje je potrebno unijeti sumarne iznose projektnih elemenata iz tablice koja se nalazi iznad <i>Sažetka kategorije troškova</i>. Ukoliko ima potrebe onda uvrstite novi redak za kategoriju troškova.</p>
29	<p>Molim vas pojašnjenje Prijavnog obrasca dio A. u postupku HR. MIZ9.a1, a vezano uz sljedeće: U Analizi troškova postoje samo dvije tabele 1. Element projekta (u koji ćemo upisati svu opremu), te 2. Element projekta u koji pretpostavljamo treba upisati troškove edukacije (koje mi nemamo). Da li da sami dodamo tabelu u koju ćemo upisati troškove Promidžbe i vidljivosti, te tabelu u koju ćemo upisati troškove upravljanja projektom i administracije?</p>	<p>Molimo Vas da konzultirate ogledni primjer Obrasca A</p>
30	<p>Molim vas pojašnjenje Prijavnog obrasca dio A. u postupku HR. MIZ9.a1, a vezano uz sljedeće: U tabeli 8. (str. 14) postoji oznaka 1. Kategorije troškova, 2. Kategorije troškova i x. kategorije troškova. Na koje se kategorije misli i da li možemo sami dati nazive kategorijama kao što je navedeno u popunjenom primjeru obrasca (npr. 1. Nabava opreme, 2. Edukacija, 3. Promidžba i vidljivost i 4. Upravljanje projektom i administriranje)?</p>	<p>Ovdje je potrebno unijeti sumarne iznose projektnih elemenata, tj. odnosno iznose koji se nalaze u sažetku kategorija troškova.</p>



Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini – Pitanja i odgovori 1 (23.rujna 2015)

31	Gdje treba pobrojati priloge koji su uz prijavni obrazac (npr. ugovor o skupnoj praksi, ugovor o zbrinjavanju infektivnog otpada i sl.)?	U natječajnoj dokumentaciji nije predviđeno mjesto za popisivanje priloga ali to svakako možete učiniti na popratnom dopisu koji neće biti dio projektnog prijedloga.
32	Zanima da li treba imati ponudu sa cijenama proizvoda ili na koji drugi način te u kojem obrascu priložiti opremu koja se kupuje?	Cijena opreme navedena je u Prilogu 1a i 1b i istu je potrebno navesti u Prijavnom obrascu A. U ponudu se stavljaju cijene iz priloga 1a i 1b i one će vrijediti za ocjenu minimalnih i maksimalnih iznosa projekata, a kroz objedinjenu javnu nabavu se očekuju niže cijene koje ćete realno plaćati.